



CERT

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0630CL0255

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Anschlussssichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	Lischka GmbH Boxberger Straße 19, D-12681 Berlin
Vertreiber <i>distributor</i>	Lischka GmbH Boxberger Straße 19, D-12681 Berlin
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für medizinische Anwendungen (0630)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Steckbeckenspülgerät
Modell <i>model</i>	CDD ...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 28.11.2019 (TZW) Baumusterprüfung: FA 003/09 vom 16.07.2010 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ 16.07.2022 / 19-0742-WNV
date of expiry / file no.

06.12.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Lischka Geysir CDD 1050; CDD 1060; CDD 1090	Art der Absicherung: freier Auslauf	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-0304BR0024	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	Silikon 4305/Silikon 4305	Lindner Armaturen GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussdurchmesser: DN 20, 3/4"

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.

DVGW CERT Conformity Certificate

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

AS-0630CL0255
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products for safe connection to the water supply <i>Anschlusssichere Produkte für das Trinkwassernetz</i>
Manufacturer <i>Hersteller</i>	Lischka GmbH Boxberger Straße 19, D-12681 Berlin
Distributor <i>Vertreiber</i>	Lischka GmbH Boxberger Straße 19, D-12681 Berlin
Product Category <i>Produktart</i>	devices connected to drinking water installation: products for medical use (0630)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	bedpan cleaning system
Model <i>Modell</i>	CDD ...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: from 28.11.2019 (TZW) type testing: FA 003/09 from 16.07.2010 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

This product may be connected directly to the drinking water installation. The requirements for protection of drinking water against pollutions due to reflux are in compliance with DIN EN 1717.

Date of Expiry / File No. 16.07.2022 / 19-0742-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

06.12.2019 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Lischka Geysir CDD 1050; CDD 1060; CDD 1090	type of protection unit: air gap	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-0304BR0024	flexible pressure hose, class I, KTW-A	Silikon 4305/Silikon 4305	Lindner Armaturen GmbH

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

diameter of connection: DN 20, 3/4"

The required protective device according to DIN EN 1717 is integral part of the tested component.

All materials in contact with drinking water are hygienic harmless up to the protection point.

This DVGW test certificate does not make any statements about the operation of the tested product.